

# CCeM® Silikon-Gehörschutz

Der weiche, anatomisch formbare Schutz aus medizinischem Silikon gegen Lärm (Schnarchen, Verkehrslärm etc.) und Schutz gegen Wasser, Kälte und Wind, abwaschbar, mehrfach verwendbar. Durch die Körperwärme wird das Silikon weich und anschmiegsam, passt sich der Form des Gehörganges an und drückt damit nicht.



Schalldämmung: SNR 22 gemäß EN 352-2  
 Dermatologisch mit „sehr gut“ getestet!  
 Inhalt: 15 Packungen im thekengerechten Display.

Größe: Mittel      Inhalt: 3 Paar      Farben: Blau oder Orange  
 Größe: Klein      Inhalt: 4 Paar      Farbe: Gelb

PZN: 6431161 BLAU  
 6431155 ORANGE  
 6431149 GELB



Schalldämmung nach EN 352-2, 4.3.6 :

Bei der Prüfung der Schalldämmung dürfen die Werte der angenommenen Schutzwirkung ( $APV_f = M_f - s_f$ ) des Gehörschützers nicht kleiner sein als die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte:

| f in Hz           | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| $M_f - s_f$ in dB | 5   | 8   | 10  | 12   | 12   | 12   | 12   |

$M_f$  sind die Mittelwerte der Schalldämmung und  $s_f$  die Standardabweichungen entsprechend EN 24869-1.

Ergebnis der Prüfung

| Frequenz/Hz | Schalldämmung/dB | Standardabweichung/dB | APV-Wert/dB |
|-------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 63          | 18,5             | 6,7                   | 11,8        |
| 125         | 18,5             | 6,7                   | 11,8        |
| 250         | 19,9             | 5,7                   | 14,2        |
| 500         | 18,3             | 5,3                   | 13,0        |
| 1000        | 22,9             | 3,8                   | 19,1        |
| 2000        | 32,3             | 4,3                   | 27,9        |
| 4000        | 41,0             | 6,4                   | 34,6        |
| 8000        | 36,2             | 8,4                   | 27,8        |

SNR = 22      H = 26      M = 18      L = 15



CCeM Marketing-Vertrieb GmbH, D-53547 Breitscheid, Telefon 02638/1044, Fax 02638/6553